

	DOCUMENT	Référence : DC 07 8 70/B
	<b>LIBERATION KIT ELISA</b>	Date : 19/04/2016

Produit : **Trousse ELISA pour l'identification de *Naegleria fowleri***

Référence : 0130001

N° de lot de la trousse : **16459**

Date de fabrication : 09/05/2016

Date de péremption : 05/2017

Revue des contrôles :

	Spécifications	Résultat obtenu
Contrôle positif pur	DO cible $\geq 1,0$	DO : 1.674 DO : 1.687
Témoin conjugué (DO brute – DO blanc)	DO < 0,100	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME
Valeur du blanc	DO $\leq 0,080$	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME

CONCLUSION :

**LOT CONFORME**

**LOT NON CONFORME**

Transfert de localisation informatique :  OK

Date : 10/06/2016

Service :  Assurance Qualité

Contrôle Qualité

Nom : Nicolas SINDT

Signature :

