

NOM DU PRODUIT : **GÉLOSE BASE MYCOPLASME** NUMÉRO DU LOT : 18095

Référence : 079035
 Présentation : Fl 40/60ml Date contrôle : 14/12/2016
 Date fabrication: 13/12/2016
 Date expiration : 14/06/2018 Opérateur : AC VD
 Volume du lot : 8,0 litres

CARACTÈRES PHYSICO-CHIMIQUES	NORMES	RÉSULTAT
ASPECT	Ambré	CONFORME
pH	7,8 ± 0,2	pH= 7,7 CONFORME
VOLUME (en ml)	40,0 ±0,80	CONFORME
STÉRILITÉ		
Méthode par incubation directe	Stérile après 5/7 jours à 22,5°C et à 32,5°C	CONFORME
QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE		CROISSANCE
Souches testées Contrôle réalisé par AFSSA Lyon M.arginini G320 M. bovigentialium PG11 M. bovis PG45		Equivalente au témoin Equivalente au témoin Equivalente au témoin CONFORME CONFORME CONFORME
CONCLUSION		CONFORME
LOT ACCEPTÉ		OUI

Le 06/02/2017

Signature du Responsable contrôle Qualité



Version	Date
C	08/10/2014

Nicolas SINDT