

	DOCUMENT	Référence: DC 07 8 02/A
	FICHE DE CONTRÔLE	Date: 12/01/2009

NOM DU PRODUIT:	SUPPLEMENT MODIFIE POUR GELOSE MYCOPLASME	Date de fabrication:	13/12/2016
		LOT N° :	18112
Date d'expiration:	13/12/2018		
Présentation:	Tube 9mL	Date de contrôle:	13/12/2016
Référence:	079034	Techniciens CQ:	AC VD

	NORMES	RESULTATS
CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES		
ASPECT	Brunâtre limpide	CONFORME
pH	Non spécifié	pH= 7,9
VOLUME (ml)	9,0 ±0,18	CONFORME
CONTRÔLE DE STERILITE		
Méthode par incubation directe	Stérile après 5/7 jours à 22,5°C et à 32,°C	CONFORME
QUALITE BACTERIOLOGIQUE		
Contrôle réalisé par la CNEVA ou AFSSA:		
M.arginini G320	Equivalente au témoin	CONFORME
M. bovigentialium PG11	Equivalente au témoin	CONFORME
M. bovis PG45	Equivalente au témoin	CONFORME
CONCLUSION	CONFORME	
	LOT ACCEPTE	

Date : 06/02/2017

Nicolas SINDT
Responsable Contrôle Qualité



Version	Date
E	08/10/14