

	DOCUMENT	Référence: DC 07 8 02/A
	FICHE DE CONTRÔLE	Date: 12/01/2009

NOM DU PRODUIT:	SUPPLEMENT MODIFIE POUR BOUILLON MYCOPLASME	Date de fabrication:	13/12/2016
		LOT N° :	18343
Date d'expiration:	13/12/2018		
Présentation:	Flacon 45/60 mL	Date de contrôle:	13/12/2016
Référence:	079032	Techniciens CQ:	NS

	NORMES	RESULTATS
CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES		
ASPECT pH VOLUME (ml)	Brunâtre limpide Non spécifié 45,0 ±0,90	pH= 7,9 CONFORME CONFORME
CONTRÔLE DE STERILITE		
Méthode par Incubation directe	Stérile après 5/7 jours à 32,5 °C et 22,5°C	CONFORME
QUALITE BACTERIOLOGIQUE		
Contrôle réalisé par la CNEVA ou AFSSA		
M.arginini G320	Equivalente au témoin	CONFORME
M. bovigentialium PG11	Equivalente au témoin	CONFORME
M. bovis PG45	Equivalente au témoin	CONFORME
CONCLUSION	CONFORME LOT ACCEPTE	

Date : 06/02/2017

Nicolas SINDT
Responsable Contrôle Qualité



Version	Date
E	08/10/14