

	DOCUMENT	Référence: DC 07 8 02/A
	FICHE DE CONTRÔLE	Date: 12/01/2009

NOM DU PRODUIT:	SUPPLEMENT MODIFIE POUR GELOSE MYCOPLASME	Date de fabrication:	13/12/2016
		LOT N° :	18860
Date d'expiration:	13/12/2018		
Présentation:	Flacon 18/60 mL	Date de contrôle:	28/03/2017
Référence:	079036	Techniciens CQ:	SM

	NORMES	RESULTATS
CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES		
ASPECT	Brunâtre limpide	CONFORME
pH	Non spécifié	pH= 7,8
VOLUME (ml)	18,0 ±0,36	CONFORME
CONTRÔLE DE STERILITE		
Méthode par incubation directe	Stérile après 5/7 jours à 22,5°C et à 32,5°C	CONFORME
QUALITE BACTERIOLOGIQUE		
Contrôle réalisé par la CNEVA ou AFSSA		
M.arginini G320	Equivalente au témoin	CONFORME
M. bovigentialium PG11	Equivalente au témoin	CONFORME
M. bovis PG45	Equivalente au témoin	CONFORME
CONCLUSION	CONFORME	
	LOT ACCEPTE	

Date : 12/04/2017

Nicolas SINDT
Responsable Contrôle Qualité



Version	Date
E	08/10/14