

	DOCUMENT	Référence : DC 07 8 70/B
	<b>LIBERATION KIT ELISA</b>	Date : 19/04/2016

Produit : **Trousse ELISA pour l'identification de *Naegleria fowleri***

Référence : 0130001

N° de lot de la trousse : **21716**

Date de fabrication : 04/04/2018

Date de péremption : 04/2019

Revue des contrôles :

	Spécifications	Résultat obtenu
Contrôle positif pur	DO cible $\geq 1,0$	DO : 0,881 DO : 1,068
Témoin conjugué (DO brute – DO blanc)	DO < 0,100	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME
Valeur du blanc	DO $\leq 0,080$	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME

CONCLUSION :

**LOT CONFORME**

**LOT NON CONFORME**

- Les valeurs du contrôle positif sont inférieures aux valeurs attendues. Néanmoins, cela ne remet pas en cause l'utilisation de ce contrôle.
- Apporter une attention particulière, si la valeur de ce contrôle tendait à diminuer dans le temps.

Transfert de localisation informatique :  OK

Date : 30/04/2017

Service :  Assurance Qualité

Contrôle Qualité

Nom : A. GAUDUIN

Signature : 