

	DOCUMENT	Référence : DC 07 8 70/B
	LIBERATION KIT ELISA	Date : 19/04/2016

Produit : **Trousse ELISA pour l'identification de *Naegleria fowleri***

Référence : 0130001

N° de lot de la trousse : **22186**

Date de fabrication : 22/05/2018

Date de péremption : 05/2019

Revue des contrôles :

	Spécifications	Résultat obtenu
Contrôle positif pur	DO cible $\geq 1,0$	DO : 1,302 DO : 1,22
Témoin conjugué (DO brute – DO blanc)	DO < 0,100	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME
Valeur du blanc	DO $\leq 0,080$	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME

CONCLUSION :

LOT CONFORME

LOT NON CONFORME

Transfert de localisation informatique : OK

Date : 29/05/2018

Service : Assurance Qualité

Contrôle Qualité

Nom : A. GAUDUIN

Signature : 