

|  |                             |                          |
|--|-----------------------------|--------------------------|
|  | DOCUMENT                    | Référence : DC 07 8 70/B |
|  | <b>LIBERATION KIT ELISA</b> | Date : 19/04/2016        |

Produit : **Trousse ELISA pour l'identification de *Naegleria fowleri***

Référence : 0130001

N° de lot de la trousse : **23382**

Date de fabrication : 03/10/2018

Date de péremption : 10/2019

Revue des contrôles :

|  | Spécifications      | Résultat obtenu   |
|--|---------------------|---|
| Contrôle positif pur                     | DO cible $\geq 1,0$ | DO : 1.584<br>DO : 1.569  |
| Témoin conjugué<br>(DO brute – DO blanc) | DO < 0,100          | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME<br><input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| Valeur du blanc                          | DO $\leq 0,080$     | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME<br><input type="checkbox"/> NON CONFORME |

CONCLUSION :

**LOT CONFORME**

**LOT NON CONFORME**

Transfert de localisation informatique :  OK

Date : 23/10/2018

Service :  Assurance Qualité

Contrôle Qualité

Nom : GAUDUIN

Signature :

